

15REQ003377386 2015-11-26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 17 /2015

“Προμήθεια εξοπλισμού γηροκομείου Μεγάρων”

(κωδ. MIS 380324) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

Κ.Α. #30.7341.0006#

[Cρν 44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων](#)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :

59.900,00 €
73.677,00 € με ΦΠΑ

15REQ003377386 2015-11-26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ**

ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015

**Προμήθεια εξοπλισμού
γηροκομείου Μεγάρων**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: : 73.677,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το Γηροκομείο Μεγάρων, ώστε αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει. Το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ Κ.Φ. 557 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» έχει ενταχθεί με κωδικό MIS 380324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" και πρόκειται εντός των προσεχών μηνών να περαιωθεί.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε : **73.677,00 €** με το Φ.Π.Α και περιλαμβάνει είδη ιατρικού εξοπλισμού.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις Δ/ξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύει σήμερα.

Μέγαρα 30 / 10 /2015
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 30 / 10 /2015
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 30 / 10 /2015
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

15REQ003377386 2015-11-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Στατώ αιμοληψίας με σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος, το πιατνί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.	ΙΕ 1	τεμ	1
2	Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά ενισχυμένα με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού	ΙΕ 2	τεμ	41
3	Τροχήλατο τραπέζακι INOX	ΙΕ 3	τεμ	1
4	Κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο.	ΙΕ 4	τεμ	41
5	Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού	ΙΕ 5	τεμ	1
6	Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας)	ΙΕ 6	τεμ	1
7	Κλίβανος αποστείρωσης	ΙΕ 7	τεμ	1
8	Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος	ΙΕ 8	τεμ	1
9	Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια	ΙΕ 9	τεμ	1
10	Πιεσόμετρο αυτόματο	ΙΕ 10	τεμ	1
11	Ακουστικά απλά	ΙΕ 11	τεμ	1
12	Ambu α' βοηθειών	ΙΕ 12	τεμ	1
13	Απινιδωτής αυτόματος	ΙΕ 13	τεμ	1
14	Κρεβάτι φυσικοθεραπείας	ΙΕ 14	τεμ	1

Μέγαρα 30 -10-2015
Η Συντάξασα

Π.Κατρακούλη

15REQ003377386 2015-11-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε €	ΔΑΠΑΝΗ σε €
1	Στατώ αιμοληψίας με σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος, το πιατνί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.	ΙΕ 1	τεμ	1	100,00	100,00
2	Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού	ΙΕ 2	τεμ	41	1.200,00	49.200,00
3	Κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο.	ΙΕ 3	τεμ	41	120,00	4.920,00
4	Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού	ΙΕ 4	τεμ	1	220,00	220,00
5	Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας)	ΙΕ 5	τεμ	1	130,00	130,00
6	Κλίβανος αποστείρωσης	ΙΕ 6	τεμ	1	650,00	650,00
7	Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος	ΙΕ 7	τεμ	1	1.200,00	1.200,00
8	Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια	ΙΕ 8	τεμ	1	350,00	350,00
9	Πιεσόμετρο αυτόματο	ΙΕ 9	τεμ	1	90,00	90,00
10	Ακουστικά απλά	ΙΕ 10	τεμ	1	90,00	90,00
11	Ambu α' βοηθειών	ΙΕ 11	τεμ	1	150,00	150,00
12	Απινιδωτής αυτόματος	ΙΕ 12	τεμ	1	2.500,00	2.500,00
13	Νεφελοποιητής	ΙΕ 13	τεμ	1	80,00	80,00
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε €	ΔΑΠΑΝΗ σε €
14	Κρεβάτι φυσικοθεραπείας	ΙΕ 14	τεμ	1	220,00	220,00
				ΣΥΝΟΛΟ		59.900,00
				ΦΠΑ 23%		13.777,00

15REQ003377386 2015-11-26

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

73.677,00

Μέγαρα 30 / 10 /2015
Οι Συντάξαντες

Π.Κατρακούλη

Μέγαρα 30 / 10 /2015
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Ε.Τσάκωνα

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ
Η Κ Ε**

Μέγαρα 30 / 10
/2015
Ο Διευθυντής

Ε.Ρούσσης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ**

ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ **ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε εταιρεία πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων ειδών και όχι μεμονωμένα κάποια από τα είδη.

Ο μειοδότης θα προκύψει στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εφόσον η προσφορά του καλύπτει όλα τα παραπάνω ζητούμενα είδη.

Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή περισσότερα είδη θα αποκλείονται.

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

1. Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
2. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.
3. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
4. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
5. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου).

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με άμεσο χρόνο παράδοσης.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική και Service manual. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών.

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 1ο

ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33100000-1)

15REQ0003377386 2015-11-26

Στατώ αιμοληψίας με σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος ή κλίση χειρός, το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.

1. Να είναι τροχήλατο με πεντάκτινη βάση
2. Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου, ανθεκτικής κατασκευής
3. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και η θέση στήριξης του βραχίονα να είναι ανατομική.
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **100**
(Ολογράφως) **εκατό**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 2ο

ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192130-2)

Κλίνη νοσοκομειακή **ηλεκτροκίνητη** με 2 πλαϊνά ενισχυμένα με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού. (Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό με ξύλινη επένδυση και πλαϊνά.

1. Το κρεβάτι να είναι πολύσπαστο νοσοκομειακού τύπου κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά (Ατσάλινο σκελετό) και να έχει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και απόλυτα σταθερό.
2. Να διαθέτει ειδική επένδυση στις μετώπες (Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες φορμάικες)
3. Οι κινήσεις του κρεβατιού (ανύψωση πλάτης και ποδιών) να είναι ελεγχόμενες **ηλεκτροκίνητα**
4. Να διαθέτει τροχούς με φρένα για την ακινητοποίηση του κρεβατιού. Η όλη κατασκευή να είναι στιβαρή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του
5. Να αντέχει έως και 140 kg και να μπορεί να δεχθεί αναρτήρα έλξης
6. Να είναι διαστάσεων 200x95x50cm περίπου
7. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα στάνταρ της ΕΕ
8. Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων
9. Περιλαμβάνεται σομιέ με πλέγμα,
10. Περιλαμβάνεται Πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
11. Περιλαμβάνεται Στρώμα
12. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **1.200**
(Ολογράφως) **χίλια διακόσια**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 3ο

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5)

Κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο.

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, συμπαγές κατασκευασμένο από ξύλο.
2. Να διαθέτει ένα προσθαφαιρούμενο συρτάρι και ντουλάπι με ράφι ενδιάμεσα. Το ντουλάπι να διαθέτει πορτάκι καλαίσθητο και το συρτάρι να διαθέτει μηχανισμό αθόρυβης κίνησης.
3. Να διαθέτει πλαίσια στο πλάι κατασκευασμένα από καπλαμά και οξιά
4. Να είναι τροχήλατο, με τροχούς διαμέτρου 50mm περίπου
5. Οι διαστάσεις του να είναι 45x45x80cm περίπου

6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **120**
(Ολογράφως) **εκατόν είκοσι**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 4ο

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192100-3)

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για εξέταση ασθενών.
2. Να διαθέτει ανάκλιση κεφαλής έως 40 εκ. με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας.
3. Να είναι διαστάσεων 1,95x0,65x0,75cm περίπου
4. Ο σκελετός της να είναι κατασκευασμένος από στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διατομής Φ32/1,5χιλ περίπου. βαρέως τύπου καθώς επίσης και τα πόδια.
5. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας. Να προσφέρεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή
6. Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης χαρτιού.
7. Ο μηχανισμός ανύψωσης του προσκέφαλου να επιτυγχάνεται με δύο οδοντωτούς άξονες οι οποίοι να σηκώνουν το προσκέφαλο από την οριζόντια θέση στην καθιστή θέση. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του σε πέντε ακόμα ενδιάμεσες θέσεις.
8. Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες
9. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **220**
(Ολογράφως) **διακόσια είκοσι**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 5ο

ΠΑΡΑΒΑΝ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5)

Παραβάν 3φυλλο

1. Να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από χρωμιωμένη σωλήνα στρογγυλής διατομής. Το υλικό της κουρτίνας να μπορεί να πλυθεί.
2. Να είναι τριών φύλλων με κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί και να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο.
3. Να είναι διαστάσεων περίπου 180x50x160cm
4. Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα πλενόμενο σε λευκό χρώμα, άριστης ποιότητας το οποίο να μπορεί να αντικαταστεί με ευκολία εφόσον χρειαστεί.
5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **130**
(Ολογράφως) **εκατόν τριάντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 6ο

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33152000-0)

Κλίβανος αποστείρωσης

Αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ιδανικός για την απομάκρυνση όλων των παθογόνων οργανισμών.

1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας από ανοξείδωτο άριστης ποιότητας & να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων στους 121oC
2. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
3. Να ακρίβεια +/-2oC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας..
4. Να είναι χωρητικότητας 16Lit
5. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 43x335x60cm (εξωτερικές) και 23x40 (εσωτερικές)
6. Να παρέχεται εγγύηση ενός έτους για την καλή λειτουργία του και υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service.
7. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
8. Να διαθέτει θερμόμετρο ακριβείας το οποίο να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου.
9. Να διαθέτει τρία συρτάρια για την τοποθέτηση εργαλείων.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **650**

(Ολογράφως) **εξακόσια πενήντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 7ο

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ

(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33121500-9)

Το αιτούμενο είδος πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα .

1. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, με δυνατότητα ανάλυσης των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο.
2. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα.
3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] & με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithion τάσης 14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας για δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία. Να λειτουργεί με ρεύμα (100V-115V/220V-240V)
4. Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg]. Να καταγράφει και να αναλύει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.
5. Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν σε H/Y ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).
6. Να συνοδεύεται από λογισμικό H/Y κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών HKΓ σε H/Y και αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG.

7. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς αξιολόγηση.
8. Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή γραφημάτων και καρδιογραφήμάτων σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή του καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα (ημερομηνία, ώρα και όνομα).
9. Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.
10. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των κυματομορφών ανά μία ή ανά τρεις, με αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη.
12. Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.
13. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτρομυογράφο).
14. Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή μη καλής επαφής ηλεκτροδίων).
15. Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπέζακι μεταφοράς & βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς.
16. Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.
17. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **1.200**

(Ολογράφως) **χίλια διακόσια**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 8ο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια

1. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας αλλά και τις οδηγίες για τις ιατρικές συσκευές, να διαθέτει CE Mark ώστε να είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο, κλινική και σε κέντρα υγείας.
2. Να είναι φορητή (να διαθέτει χειρολαβή για την μεταφορά της), αθόρυβη, αντιπαρασιτική με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 λίτρα/ λεπτό.
3. Να λειτουργεί με χαμηλές στροφές, στα 220 V/50 HZ, και να μην απαιτεί άλλη συντήρηση.
4. Να είναι κατασκευασμένη με τρόπο που να αποτρέπει βλάβη ή καταστροφή, σε περίπτωση υπερχειλίσης
5. Να διαθέτει διάφανη φιάλη 1 λίτρου βαθμονομημένη, η οποία να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής.
6. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σταματάει η αναρρόφηση σε περίπτωση που η φιάλη γεμίσει.
7. Να ρυθμίζεται με ειδικό διακόπτη η ένταση της αναρρόφησης. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαβαθμίσεις.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο για την διαβάθμιση της υποπίεσης.
9. Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας με λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας ή μη της συσκευής.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και

15REQ003377386 2015-11-26

είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών
βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **350**

(Ολογράφως) **τριακόσια πενήντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 9ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33123100-9)

Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.

1. πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
2. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό 5 καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.
3. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.
4. Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες με επιλογή μέτρησης πρωινών και βραδινών μετρήσεων. Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας (IHB).
5. Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).
6. Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες και με μετασχηματιστή τάσης δικτύου.
7. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.
8. Να διαθέτει ένδειξη τελευταίας μέτρησης και του μέσου όρου των μετρήσεων της τελευταίας εβδομάδας.
9. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και πίεση καθώς και τους καρδιακούς παλμούς.
10. Να διαθέτει ένδειξη για τυχόν αρρυθμίες.
11. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD
12. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 80 μετρήσεις
13. Να έχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας
14. Να λειτουργεί με μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.
15. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται
16. Να πραγματοποιεί μέτρηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
17. Να είναι εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας.
18. Να προσφερθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη. Να επιβεβαιώνεται με έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου προς τον προμηθευτή.
19. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ βάση του Π.Δ. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **90**

(Ολογράφως) **ενενήντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 10ο

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ) (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

15REQ003377386 2015-11-26

1. Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και υψηλών συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής εφαρμογής.
2. Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό με εργονομική και ενισχυμένη κατανομή στο σημείο σύνθεσης με το έλασμα των ακουστικών και με άριστη ακουστική.
3. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην 6 παγώνει το δέρμα του ασθενή.
4. Οι ελιές να είναι μαλακές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να εξασφαλίζουν τέλεια ηχομόνωση.
5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ βάση του Π.Δ. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **90**
(Ολογράφως) **ενενήντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 11ο

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

Συσκευή Ambu

1. Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίου τύπου.
2. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη και να διαθέτει χωρητικότητα ασκού 1500ml
3. Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής, να μπορεί να συνδέεται με βαλβίδα reed
4. Να είναι latex free
5. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων
6. Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται με βαλβίδα reed. Να είναι latex free και να κλιβανίζεται στους 135[οC].
7. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **150**
(Ολογράφως) **εκατόν πενήντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 12°

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33182100-0)

Να είναι εξωτερικός αυτόματος διφασικός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας με φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά.

1. Να διαθέτει φωνητική και οπτική καθοδήγηση από την ταχύτητα και το βάθος των μαλάξεων.
2. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά με κατάλληλα ηλεκτρόδια
3. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 2,0 kg
4. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας
5. Να φέρει πιστοποιητικό CE, AHA & ERC Protocol. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση τύπου IP 56 για προστασία από σκόνη και νερό.

6. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και service καθώς και λογισμικό Η/Υ.
7. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 7 ετών.
8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 2 ετών. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καθώς και πελατολόγιο των 2 τελευταίων ετών (επί ποινή απόρριψης)
9. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή & παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη των ειδών, όπως επίσης και για την παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη & να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.
11. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **2.500**

(Ολογράφως) **δύο χιλιάδες πεντακόσια**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 13°

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

1. Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
2. Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα, αναπνευστικά νοσήματα κ.λ.π.
3. Η νεφελοποίηση να γίνεται μέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] με ρυθμό νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).
4. Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh με δοχείο φαρμάκων, επιστόμιο, συνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, μάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.
5. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **80**

(Ολογράφως) **ογδόντα**

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 14°

ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192150-8)

Το κρεβάτι να αποτελείται από δύο τμήματα, ένα αναδιπλούμενο (τμήμα πλάτης - κεφαλής) και ένα σταθερό για τον κορμό.

1. Το άνω τμήμα κορμού να είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο, με ποδοδιακόπτη, σε όλο το εύρος κίνησης έως σχεδόν την κάθετη θέση (αναδίπλωση έως 85°).
2. Η επιφάνεια θεραπείας να είναι από δερματίνη πολυουρεθάνης άριστης ποιότητας και διατίθεται σε 10 χρώματα

15REQ003377386 2015-11-26

3. Να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενείς έως και 200 κιλά
4. Να είναι διαστάσεων 205x67x88/117cm
5. Να διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση χαρτιού
6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO
7. 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) **220**
(Ολογράφως) **διακόσια είκοσι**

Μέγαρα 30 / 10 /2015
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 30/ 10 /2015
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 30/ 10 /2015
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσης

15REQ003377386 2015-11-26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός.....,

Α.Φ.Μ....., Δ.Ο.Υ,τηλέφωνο, fax,

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε €	ΔΑΠΑΝΗ σε €
1	Στατώ αιμοληψίας με σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος, το πιατνί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.	ΙΕ 1	τεμ	1		
2	Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά ενισχυμένα με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού	ΙΕ 2	τεμ	41		
3	Κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο.	ΙΕ 3	τεμ	41		
4	Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού	ΙΕ 4	τεμ	1		
5	Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας)	ΙΕ 5	τεμ	1		
6	Κλίβανος αποστείρωσης	ΙΕ 6	τεμ	1		
7	Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος	ΙΕ 7	τεμ	1		
8	Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια	ΙΕ 8	τεμ	1		
9	Πιεσόμετρο αυτόματο	ΙΕ 9	τεμ	1		
10	Ακουστικά απλά	ΙΕ 10	τεμ	1		
11	Ambu α' βοηθειών	ΙΕ 11	τεμ	1		
12	Απινιδωτής αυτόματος	ΙΕ 12	τεμ	1		
13	Νεφελοποιητής	ΙΕ 13	τεμ	1		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε €	ΔΑΠΑΝΗ σε €
14	Κρεβάτι φυσικοθεραπείας	ΙΕ 14	τεμ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ		

15REQ003377386 2015-11-26

ΦΠΑ 23%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ
ΕΥΡΩ):

Μέγαρα / /2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ**

ΑΡ.ΜΕΛ.: 17 /2015

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε εταιρεία πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων ειδών και όχι μεμονωμένα κάποια από τα είδη.

Ο μειοδότης θα προκύψει στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εφόσον η προσφορά του καλύπτει όλα τα παραπάνω ζητούμενα είδη.

Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα ή περισσότερα είδη θα αποκλείονται.

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:

6. Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
7. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάσει του Π.Δ. 117/2004.
8. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.
9. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
10. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου).

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με άμεσο χρόνο παράδοσης.

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική και Service manual. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών.

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 1ο

ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33100000-1)

15REQ0003377386 2015-11-26

Στατώ αιμοληψίας με σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος ή κλίση χειρός, το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.

5. Να είναι τροχήλατο με πεντάκτινη βάση
6. Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου, ανθεκτικής κατασκευής
7. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και η θέση στήριξης του βραχίονα να είναι ανατομική.
8. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 2ο

ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192130-2)

Κλίνη νοσοκομειακή **ηλεκτροκίνητη** με 2 πλαϊνά ενισχυμένα με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού. (Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό με ξύλινη επένδυση και πλαϊνά.

13. Το κρεβάτι να είναι πολύσπαστο νοσοκομειακού τύπου κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά (Ατσάλινο σκελετό) και να έχει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και απόλυτα σταθερό.
14. Να διαθέτει ειδική επένδυση στις μετώπες (Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες φορμάικες)
15. Οι κινήσεις του κρεβατιού (ανύψωση πλάτης και ποδιών) να είναι ελεγχόμενες **ηλεκτροκίνητα**
16. Να διαθέτει τροχούς με φρένα για την ακινητοποίηση του κρεβατιού. Η όλη κατασκευή να είναι στιβαρή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του
17. Να αντέχει έως και 140 kg και να μπορεί να δεχθεί αναρτήρα έλξης
18. Να είναι διαστάσεων 200x95x50cm περίπου
19. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα στάνταρ της ΕΕ
20. Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή ατυχημάτων
21. Περιλαμβάνεται σομιέ με πλέγμα,
22. Περιλαμβάνεται Πλαϊνά στηρίγματα στρώματος
23. Περιλαμβάνεται Στρώμα
24. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 3ο

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5)

Κομοδίνο με τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο.

7. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, συμπαγές κατασκευασμένο από ξύλο.
8. Να διαθέτει ένα προσθαιρούμενο συρτάρι και ντουλάπι με ράφι ενδιάμεσα. Το ντουλάπι να διαθέτει πορτάκι καλαίσθητο και το συρτάρι να διαθέτει μηχανισμό αθόρυβης κίνησης.
9. Να διαθέτει πλαίσια στο πλάι κατασκευασμένα από καπλαμά και οξιά
10. Να είναι τροχήλατο, με τροχούς διαμέτρου 50mm περίπου
11. Οι διαστάσεις του να είναι 45x45x80cm περίπου

15REQ003377386 2015-11-26

12. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 4ο

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192100-3)

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού

10. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για εξέταση ασθενών.
11. Να διαθέτει ανάκλιση κεφαλής έως 40 εκ. με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας.
12. Να είναι διαστάσεων 1,95x0,65x0,75cm περίπου
13. Ο σκελετός της να είναι κατασκευασμένος από στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διατομής Φ32/1,5χιλ περίπου. βαρέως τύπου καθώς επίσης και τα πόδια.
14. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας υψηλής πυκνότητας. Να προσφέρεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή
15. Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης χαρτιού.
16. Ο μηχανισμός ανύψωσης του προσκέφαλου να επιτυγχάνεται με δύο οδοντωτούς άξονες οι οποίοι να σηκώνουν το προσκέφαλο από την οριζόντια θέση στην καθιστή θέση. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του σε πέντε ακόμα ενδιάμεσες θέσεις.
17. Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες
18. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 5ο

ΠΑΡΑΒΑΝ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5)

Παραβάν 3φυλλο

6. Να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από χρωμιωμένη σωλήνα στρογγυλής διατομής. Το υλικό της κουρτίνας να μπορεί να πλυθεί.
7. Να είναι τριών φύλλων με κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί και να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο.
8. Να είναι διαστάσεων περίπου 180x50x160cm
9. Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα πλενόμενο σε λευκό χρώμα, άριστης ποιότητας το οποίο να μπορεί να αντικαταστεί με ευκολία εφόσον χρειαστεί.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 6ο

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33152000-0)

Κλίβανος αποστείρωσης

Αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ιδανικός για την απομάκρυνση όλων των παθογόνων οργανισμών.

11. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας από ανοξείδωτο άριστης ποιότητας & να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων στους 121oC
12. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας.
13. Να ακρίβεια +/-2oC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας..
14. Να είναι χωρητικότητας 16Lit
15. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 43x335x60cm (εξωτερικές) και 23x40 (εσωτερικές)
16. Να παρέχεται εγγύηση ενός έτους για την καλή λειτουργία του και υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service.
17. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
18. Να διαθέτει θερμόμετρο ακριβείας το οποίο να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου.
19. Να διαθέτει τρία συρτάρια για την τοποθέτηση εργαλείων.
20. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 7ο

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ

(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33121500-9)

Το αιτούμενο είδος πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα .

18. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, με δυνατότητα ανάλυσης των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο.
19. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα.
20. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V] & με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithion τάσης 14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας για δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την λειτουργία. Να λειτουργεί με ρεύμα (100V-115V/220V-240V)
21. Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg]. Να καταγράφει και να αναλύει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.
22. Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν σε Η/Υ ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).
23. Να συνοδεύεται από λογισμικό Η/Υ κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών ΗΚΓ σε Η/Υ και αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG.
24. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς αξιολόγηση.

15REQ003377386 2015-11-26

25. Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή γραφημάτων και καρδιογραφημάτων σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή του καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα (ημερομηνία, ώρα και όνομα).
26. Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.
27. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
28. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των κυματομορφών ανά μία ή ανά τρεις, με αυτόματη λειτουργία στοίχισης και ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από το χρήστη.
29. Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.
30. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτρομυογράφο).
31. Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή μη καλής επαφής ηλεκτροδίων).
32. Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς & βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς.
33. Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών.
34. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 8ο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια

11. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας αλλά και τις οδηγίες για τις ιατρικές συσκευές, να διαθέτει CE Mark ώστε να είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο, κλινική και σε κέντρα υγείας.
12. Να είναι φορητή (να διαθέτει χειρολαβή για την μεταφορά της), αθόρυβη, αντιπαρασιτική με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 λίτρα/ λεπτό.
13. Να λειτουργεί με χαμηλές στροφές, στα 220 V/50 HZ, και να μην απαιτεί άλλη συντήρηση.
14. Να είναι κατασκευασμένη με τρόπο που να αποτρέπει βλάβη ή καταστροφή, σε περίπτωση υπερχείλισης
15. Να διαθέτει διάφανη φιάλη 1 λίτρου βαθμονομημένη, η οποία να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής.
16. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σταματάει η αναρρόφηση σε περίπτωση που η φιάλη γεμίσει.
17. Να ρυθμίζεται με ειδικό διακόπτη η ένταση της αναρρόφησης. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαβαθμίσεις.
18. Να διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο για την διαβάθμιση της υποπίεσης.
19. Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας με λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας ή μη της συσκευής.
20. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
 (Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 9ο**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ** (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33123100-9)

Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.

20. πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο

21. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό 5 καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.

22. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.

23. Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες με επιλογή μέτρησης πρωινών και βραδινών μετρήσεων. Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας (IHB).

24. Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).

25. Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες και με μετασχηματιστή τάσης δικτύου.

26. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.

27. Να διαθέτει ένδειξη τελευταίας μέτρησης και του μέσου όρου των μετρήσεων της τελευταίας εβδομάδας.

28. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και πίεση καθώς και τους καρδιακούς παλμούς.

29. Να διαθέτει ένδειξη για τυχόν αρρυθμίες.

30. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD

31. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 80 μετρήσεις

32. Να έχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας

33. Να λειτουργεί με μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία.

34. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται

35. Να πραγματοποιεί μέτρηση με το πάτημα ενός κουμπιού.

36. Να είναι εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας.

37. Να προσφερθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη. Να επιβεβαιώνεται με έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου προς τον προμηθευτή.

38. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ βάση του Π.Δ. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
 (Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 10ο**ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ)** (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

6. Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και υψηλών συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής εφαρμογής.

7. Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό με εργονομική και ενισχυμένη κατανομή στο σημείο σύνθεσης με το έλασμα των ακουστικών και με άριστη ακουστική.
8. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην 6 παγώνει το δέρμα του ασθενή.
9. Οι ελιές να είναι μαλακές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να εξασφαλίζουν τέλεια ηχομόνωση.
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ βάση του Π.Δ. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 11ο

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

Συσκευή Ambu

8. Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχειρίστος, τελευταίου τύπου.
9. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη και να διαθέτει χωρητικότητα ασκού 1500ml
10. Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής, να μπορεί να συνδέεται με βαλβίδα reed
11. Να είναι latex free
12. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων
13. Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται με βαλβίδα reed. Να είναι latex free και να κλιβανίζεται στους 135[οC].
14. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 12°

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33182100-0)

Να είναι εξωτερικός αυτόματος διφασικός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας με φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά.

12. Να διαθέτει φωνητική και οπτική καθοδήγηση από την ταχύτητα και το βάθος των μαλάξεων.
13. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά με κατάλληλα ηλεκτρόδια
14. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 2,0 kg
15. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας
16. Να φέρει πιστοποιητικό CE, AHA & ERC Protocol. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση τύπου IP 56 για προστασία από σκόνη και νερό.
17. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και service καθώς και λογισμικό Η/Υ.
18. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 7 ετών.

19. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 2 ετών. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καθώς και πελατολόγιο των 2 τελευταίων ετών (επί ποινή απόρριψης)
20. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή & παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
21. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη των ειδών, όπως επίσης και για την παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη & να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.
22. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 13°

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2)

6. Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.
7. Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα, αναπνευστικά νοσήματα κ.λ.π.
8. Η νεφελοποίηση να γίνεται μέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] με ρυθμό νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).
9. Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh με δοχείο φαρμάκων, επιστόμιο, συνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, μάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.
10. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)
(Ολογράφως)

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 14°

ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192150-8)

Το κρεβάτι να αποτελείται από δύο τμήματα, ένα αναδιπλούμενο (τμήμα πλάτης - κεφαλής) και ένα σταθερό για τον κορμό.

8. Το άνω τμήμα κορμού να είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο, με ποδοδιακόπτη, σε όλο το εύρος κίνησης έως σχεδόν την κάθετη θέση (αναδίπλωση έως 85°).
9. Η επιφάνεια θεραπείας να είναι από δερματίνη πολυουρεθάνης άριστης ποιότητας και διατίθεται σε 10 χρώματα
10. Να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενείς έως και 200 κιλά
11. Να είναι διαστάσεων 205x67x88/117cm
12. Να διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση χαρτιού

15REQ003377386 2015-11-26

13. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO

14. 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ. 117/2004.

(Τιμή ανά τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά)

(Ολογράφως)

Μέγαρα / /2015

Ο Προσφέρων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ**

ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι ο **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ**. Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηροκομείου Μεγάρων.

Άρθρο 2ο

Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ." Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91, του Ν.2286/95, του Π.Δ. 370/95, τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους.
- Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.
- Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών θεμάτων».
- Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
- Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασ. Εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις»

- Της υπ' αριθμ. Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688/Β/26.03.2013) απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β') «Εξαιρέση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)».
- Ν. 4013/2011, (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14) και εξειδικεύτηκε εφαρμοστικά με την με αρ.Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ3400/Β/2012).

Α ρ θ ρ ο 3ο **Συμβατικά τεύχη**

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές
4. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
5. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου
7. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

Α ρ θ ρ ο 4ο **Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.

Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει τα 200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.

Α ρ θ ρ ο 5ο **Δαπάνη δημοσίευσης**

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο **Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύμβαση**

15REQ003377386 2015-11-26

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Με την αποστολή της ανακοίνωσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται.

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7 ο **Σύμβαση**

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο **Μεγαρέων** από τον Δήμαρχο.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.

Οι τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Οι Προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Αναλυτικά:

A. Εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014

B. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Με την παράδοση των υλικών και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (άρθρο 157 παρ.2α του Ν. 4281/2014) οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε 2 χρόνια.

Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Γ. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 180 ημερών από την ημέρα του Διαγωνισμού.

15REQ003377386 2015-11-26

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Άρθρο 9ο. **Χρόνος παράδοσης**

Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία των ειδών της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» ορίζεται σε **έναν (1) μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 1% επί του προϋπολογισμού της ανάθεσης.

Μετά από 20 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (Παραγ. 1, του άρθρου 27, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΑΡΘΡΟ 10ο **Τόπος παράδοσης**

Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Μεγαρέων.

Άρθρο 11ο. **Χρόνος παραλαβής υλικών**

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα.

Αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή γίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 12ο. **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση**

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 13ο **Χρόνος εγγύησης**

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 14ο.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 15ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 16ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17ο.

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 18ο.

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή

Ολόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στους προμηθευτές μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη σύμβασή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:

- τιμολόγιο
- πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
- φορολογική ενημερότητα
- βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Μεγάρων,

εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επιτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003 και εγκριθεί η σχετική διαδικασία από τον φορέα χρηματοδότησης.

Άρθρο 19ο

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 20ο
Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής της προμήθειας η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 26 ν. 4024/2011.

Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει:

- Με επιθεώρηση και μακροσκοπικό έλεγχο
- Με ποσοτικό έλεγχο των επι μέρους μερών
- Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο

Για τις συσκευές του εξοπλισμού που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει από διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης.

Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του γεγονότος ότι τα μηχανήματα πληρούν τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και της προσφοράς του αναδόχου που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.

Άρθρο 21ο.
Συνεννόηση – Αλληλογραφία – Προέγκριση

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν την τελική παραγγελία, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση στον Δήμο κατάσταση - κατάλογο που να περιλαμβάνει τον Εξοπλισμό (βασικό εξοπλισμό και όλα τα συνοδευτικά αυτού) που θα παραγγελθεί, η οποία θα συνοδεύεται από τις τεχνικές περιγραφές εκάστου, τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα (prospectus κλπ), διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων κλπ., τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, πιστοποιητικά CE και λοιπά Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας ώστε να αποδεικνύεται ότι τα προς παραγγελία είδη συμφωνούν με την υποβληθείσα από αυτόν προσφορά καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αφενός και του προμηθευτή αφετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν

λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο.

Άρθρο 22ο.

Περιεχόμενο των Τιμών

Στην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος του.

Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και υλικών όλων αυτών που βρίσκονται στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη του αναδόχου ή προκειμένου για αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό ΤΣΙΦ Πειραιά ή άλλο Ελληνικό λιμάνι και οι δαπάνες εκτελωνισμού περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών δασμών και συμπαραομαρτούντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οι δαπάνες παραπέρα μεταφοράς μέχρι των χώρων εγκατάστασης και θέσης σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές.

Άρθρο 23ο.

Οδηγίες Σύνταξης Τεχνικού Φακέλου Προσφοράς Εξοπλισμού

Πλέον του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, απαιτείται και η σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου (φακέλου Τεχνικής προσφοράς), όπως περιγράφεται παρακάτω.

Προσφορές Διαγωνιζόμενων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν Τεχνικό Φάκελο (καθώς και επίσης και η μη συμμόρφωση Τεχνικών Φακέλων υποψηφίων με τα περιγραφόμενα παρακάτω), καθίστανται μη αποδεκτές και απορρίπτονται:

I. Ο Τεχνικός Φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού :

1. Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, με αύξοντα κωδικό είδους ανάλογα με την ομάδα αυτού, όπως εμφανίζονται στο τεύχος της Μελέτης – Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού. Ο κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
 - (α) Κωδικός είδους, σύμφωνα με τη Μελέτη
 - (β) Περιγραφή είδους σε αντιστοιχία με τη Μελέτη
 - (γ) Ποσότητα, σύμφωνα με τη Μελέτη
 - (δ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής
 - (ε) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού
 - (στ) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά :
 - (1) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με το οποίο θα απαντώνται λεπτομερώς και με σαφήνεια τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (με παραπομπές στα επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών του οίκου κατασκευής).
 - (2) Η σύνθεση του προσφερόμενου εξοπλισμού (βασική μονάδα, λογισμικό, δυνατότητες, εξαρτήματα), δηλ. όπως τελικά θα παραδοθεί.
 - (3) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών και προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.
 - (4) Πιστοποιητικό CE Mark, όπου απαιτείται

II. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- (α) να είναι απόλυτα καινούργιος.

15REQ003377386 2015-11-26

(β) να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων των προδιαγραφών της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Μέγαρα 30/ 10 /2015
Οι Συντάξαντες

Μέγαρα 30/ 10 /2015
Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων

Μέγαρα 30/ 10 /2015
Ο Διευθυντής

Π.Κατρακούλη

Ε.Τσάκωνα

Ε.Ρούσσ